

Kontrolrapport

Virksomhed **Danish Technological Institute**

DMRI Equipment

Adresse Gregersensvej 9

Postnr./By 2630 Taastrup

CVR-nr. 56976116 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret:

Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

Følgende er konstateret: Virksomhedens link til

www.findsmiley.dk er tilsyneladende forsvundet i en

hjemmeside opdatering. Forholdet er under de foreliggende omstændigheder vurderet til under bagatelgrænsen. Vejledt

om regler for visning af kontrolrapporter på virksomhedens hjemmeside og fremvist og henvist til vejledning på

www.findsmiley.dk.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret: CVR- og

P-nummer via virk.dk. Virksomheden oplyser jf.

sporbarhedsanalyse at de ikke har haft import siden sidste

kontrolbesøg. Virksomheden har muligvis ikke nogen egentlig fremstilling af fødevarekontaktmaterialer, men samler færdige

genstande i større enhed. Virksomheden vil gerne vurdere

deres aktiviteter yderligere, men overvejer at at anmelde

ændringer ind i form af afmelding af import og ændring fra

fremstilling til markedsføring af fødevarekontaktmaterialer.

Ingen anmærkninger

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret: Mundtligt

gennemgået virksomhedens procedure for indhentning af

dokumentation fra leverandører når der handles genstande

beregnet til fødevarekontakt. Set overensstemmelseserklæring

fra kunde på sugkop af silikone i udviklingsfase. Der er ikke

angivet anvendelsesoplysninger på leverandørs

overensstemmelseserklæring. Vejledt generelt om krav til

anvendelsesanvisning med henblik på at en genstand sikres

benyttet under de rette forhold. Set sporbarhed et led bagud

på sugkop.

Set virksomhedens egen overensstemmelseserklæring på

ultralydstransducer med angivelse af relevant lovgivning og

anvendelsesanvisninger. Set sporbarhed et led frem og et led

tilbage på ultralydstransducer baseret på serienummer. Ingen

anmærkninger.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

08-06-2021

Dato

1 time 25 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk